



JAB



# 試験所 認定証

認定番号 RTL03650

機 関 名 称 : 株式会社 オーアンドケー  
大阪試験センター

所 在 地 : 大阪府大阪市西淀川区中島 2-8-81

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたので、ここに試験所として認定します。

適 用 基 準 : JIS Q 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005)

認 定 範 囲 : 化学試験 (附属書による。)

事 業 所 : 附属書による。

有 効 期 限 : 2021年1月31日

この認定は貴機関が認定範囲においてISO/IEC 17025:2005の技術的能力要求事項およびマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです。ISO/IEC 17025:2005のマネジメントシステム要求事項はISO 9001:2008の原則を満たし、その関連する要求事項に沿ったものです。

第1回更新日 2016年11月4日

初回認定日 2013年1月18日

公益財団法人 日本適合性認定協会

理事長

飯塚悦功

飯塚悦功

試験所認定委員会 委員長

小田哲治

小田哲治



管理番号 : RTL03650-20161104



JAB



認定番号

RTL03650

# 認定証 附属書

(1/1 頁)

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	株式会社 オーアンドケー 大阪試験センター
機関所在地	大阪府大阪市西淀川区中島 2-8-81

## 1) 試験を実施する事業所

事業所名称	株式会社オーアンドケー 大阪試験センター	
同 所在地	〒	555-0041
	住所	大阪市西淀川区中島 2-8-81
恒久的施設で行う試験か、 現地試験かの別	<input checked="" type="checkbox"/> 恒久的施設で行う試験 <input type="checkbox"/> 現地試験	

## 認定範囲

分野	M26 化学試験
分類コード	M26.A1
分類名称	金属：鉄鋼

技術分類コード及び名称	試験対象項目	試験規格／標準作業手順書
B2.4 発光分光分析： スパーク放電発光分光分析	※1	JIS G 1253
【注記】		
※1		
0.01 % ≦ C ≦	1.2 %	0.01 % ≦ V ≦ 0.5 %
0.01 % ≦ Si ≦	0.5 %	0.001 % ≦ Ti ≦ 0.3 %
0.01 % ≦ Mn ≦	2.0 %	0.001 % ≦ A ≦ 0.1 %
0.0005 % ≦ P ≦	0.1 %	0.0001 % ≦ B ≦ 0.01 %
0.0002 % ≦ S ≦	0.4 %	
0.01 % ≦ Ni ≦	2 %	
0.01 % ≦ Cr ≦	2 %	
0.01 % ≦ Mo ≦	1.5 %	
0.01 % ≦ Cu ≦	0.5 %	

# 公益財団法人 日本適合性認定協会