校正機関
認定情報

適用基準	JIS Q 17025:2018 (ISO/IEC 17025:2017)
認定番号	RCL00270
有効期限	2029 年 10 月 31 日
改定日	2026 年 10 月 13 日
初回認定取得日	2005 年 10 月 18 日

機関名称：
株式会社 エレクトロニクスサービス

機関所在地：
埼玉県熊谷市石原 250 番地 6

事業所：
[1] 株式会社 エレクトロニクスサービス Ｌａｂ
[2] 株式会社 エレクトロニクスサービス

管理番号：RCL00270-20261013
最新の認定情報については本協会ウェブサイト（ https://www.jab.or.jp ）をご確認ください。

校正機関
認定情報

1) 校正を実施する事業所

事業所名称	株式会社　エレクトロニクスサービス　Ｌａｂ
〒	360-0816
所在地	埼玉県熊谷市石原 253 番地 1
恒久的施設で行う校正か、現地校正かの別	■ 恒久的施設で行う校正 ☐ 現地校正

認定範囲

分類コード 測定対象量／ 校正品目	校正範囲	拡張不確かさ[1)]	校正手順書・備考
M11 電磁気量(直流／交流) M11.6 直流電圧	電圧測定器 1 V 10 V 100 V 電圧発生器 1 V 10 V 100 V	電圧測定器 56 μV / V 48 μV / V 60 μV / V 電圧発生器 55 μV / V 47 μV / V 60 μV / V	ET25-124（所内手順書) ET25-126（所内手順書)
[1)] 包含係数に関する情報	■ 信頼の水準約 95 %, $k = 2$ ☐ t 分布に基づき求めた有効自由度に応じた包含係数であり、95 % の信頼の水準をもつと推定される区間を与える。 ☐ その他(　　)		

2)1)以外の事業所で主たる活動を行う事業所

事業所名称	株式会社　エレクトロニクスサービス
〒	360-0816
所在地	埼玉県熊谷市石原 250 番地 6

【認定証に係る注記】
1)この認定は、上記規格に規定されたラボラトリ活動を対象とするものであり、規格に含まれるその他の活動、例えばリスクマネジメント、リスクアセスメントの実施等はラボラトリの認定された能力の範囲には含まない。
2)年号及び/又は版番号の表記がない場合、最新規格の発行後半年以内に最新版に対応した試験・校正・サンプリングを実施する。

管理番号：RCL00270-20261013
最新の認定情報については本協会ウェブサイト（ https://www.jab.or.jp ）をご確認ください。