



試験所

認定証

認定番号 RTL05040

機 関 名 称 : 株式会社 JEL

所 在 地 : 千葉県我孫子市中峠 2971

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたので、ここに試験所として認定します。

適 用 基 準 : JIS Q 17025:2018 (ISO/IEC 17025:2017)

認 定 範 囲 : 電気試験 (附属書による。)

事 業 所 : 附属書による。

有 効 期 限 : 2031 年 1 月 31 日

改定日 2026 年 5 月 27 日

更新日 2027 年 2 月 1 日


初回認定日 2023 年 1 月 24 日

公益財団法人

日本適合性認定協会

理事長

三 木 幸 信



認定番号

RTL05040

認定証 附属書

(1/6頁)

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	株式会社 JEL
機関所在地	千葉県我孫子市中峠 2971


1) 試験を実施する事業所

事業所名称	株式会社 JEL 我孫子テストサイト		
同 所在地	〒	270-1121	
	住所	千葉県我孫子市中峠 2971	
恒久的施設で行う試験か、 現地試験かの別	☒ 恒久的施設で行う試験 ☐ 現地試験		

認定範囲

分野	M21 電気試験
----	----------

分類コード及び名称	試験規格
M21 電気試験 M21.4 電磁両立性試験 M21.4.1 連続性伝導妨害波試験	CISPR 22:2008 (7 を除く), CFR 47 FCC Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2014 ICES-003-2016 (Issue 6) CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 CISPR 32 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) EN 55032 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) AS/NZS CISPR 32 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) VCCI 技術基準 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) GB9254 IEC 61000-6-3, EN 61000-6-3 IEC 61000-6-4, EN 61000-6-4 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-1, EN 61326-1 IEC 61326-2-1, EN 61326-2-1 IEC 61326-2-2, EN 61326-2-2 IEC 61326-2-3, EN 61326-2-3 CISPR 11 (10 項を除く), EN 55011 (10 項を除く)



認定番号

RTL05040

認定証 附属書

(2/6頁)

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	株式会社 JEL
機関所在地	千葉県我孫子市中峠 2971

分類コード及び名称	試験規格
M21.4.4 電気通信ポートにおける妨害波測定	CISPR 22:2008 (7 を除く), CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 CISPR 32 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) EN 55032 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) AS/NZS CISPR 32 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) VCCI 技術基準 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) GB9254 IEC 61000-6-3, EN 61000-6-3 IEC 61000-6-4, EN 61000-6-4 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-1, EN 61326-1 IEC 61326-2-1, EN 61326-2-1 IEC 61326-2-2, EN 61326-2-2 IEC 61326-2-3, EN 61326-2-3 CISPR 11 (10 項を除く), EN 55011 (10 項を除く)
M21.4.5 磁界/電界強度試験(30MHz 未満)	IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-1, EN 61326-1 CISPR 11 (10 項を除く), EN 55011 (10 項を除く)
M21.4.6 電界強度試験(30MHz-1GHz)	CISPR 22:2008 (7 を除く), CFR 47 FCC Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2014 ICES-003-2016 (Issue 6) CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 CISPR 32 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) EN 55032 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) AS/NZS CISPR 32 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) VCCI 技術基準 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) GB9254 IEC 61000-6-3, EN 61000-6-3 IEC 61000-6-4, EN 61000-6-4 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-1, EN 61326-1 IEC 61326-2-1, EN 61326-2-1 IEC 61326-2-2, EN 61326-2-2 IEC 61326-2-3, EN 61326-2-3 CISPR 11 (10 項を除く), EN 55011 (10 項を除く)



認定番号


RTL05040

認定証 附属書

(3/6頁)

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	株式会社 JEL
機関所在地	千葉県我孫子市中峠 2971

分類コード及び名称	試験規格
M21.4.7 電界強度試験 (1GHz 以上)	CISPR 22:2008 (7 を除く), CFR 47 FCC Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2014 ICES-003-2016 (Issue 6) CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 CISPR 32 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) EN 55032 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) AS/NZS CISPR 32 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) VCCI 技術基準 (3.1.6, 3.1.7, 3.1.14, 3.1.31 を除く) GB9254 IEC 61000-6-3, EN 61000-6-3 IEC 61000-6-4, EN 61000-6-4 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-1, EN 61326-1 IEC 61326-2-1, EN 61326-2-1 IEC 61326-2-2, EN 61326-2-2 IEC 61326-2-3, EN 61326-2-3 CISPR 11 (10 項を除く), EN 55011 (10 項を除く)
M21.4.10 電源高調波 試験	IEC 61000-3-2, EN 61000-3-2 IEC 61000-3-12, EN 61000-3-12 IEC 61000-6-3, EN 61000-6-3 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-1, EN 61326-1
M21.4.12 電圧変動、 フリッカ試験	IEC 61000-3-3, EN 61000-3-3 IEC 61000-3-11, EN 61000-3-11 IEC 61000-6-3, EN 61000-6-3 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-1, EN 61326-1
M21.41 FCC 向け EMC 試験所の認定範 囲 M21.41.1 Unintentional Radiators (FCC Part 15, Subpart B)	ANSI C63.4-2014 Maximum Frequency 18.0GHz



認定番号

RTL05040

認定証 附属書

(4/6頁)

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	株式会社 JEL
機関所在地	千葉県我孫子市中峠 2971

1) 試験を実施する事業所

事業所名称	株式会社 JEL テクニカルセンター		
同 所在地	〒	270-1121	
	住所	千葉県我孫子市中峠 3032	
恒久的施設で行う試験か、 現地試験かの別	☒ 恒久的施設で行う試験 ☐ 現地試験		

認定範囲

分野	M21 電気試験
----	----------

分類コード及び名称	試験規格
M21 電気試験 M21.4 電磁両立性試験 M21.4.14 静電気放電 イミュニティ試験	CISPR 24, EN 55024 CISPR 35, EN 55035 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-1 IEC 61000-6-2, EN 61000-6-2 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-2-1, EN 61326-2-1 IEC 61326-2-2, EN 61326-2-2 IEC 61326-2-3, EN 61326-2-3 IEC 61326-1, EN 61326-1 EN 50130-4
M21.4.15 放射電磁界 イミュニティ試験	CISPR 24, EN 55024 CISPR 35, EN 55035 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-1 IEC 61000-6-2, EN 61000-6-2 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-2-1, EN 61326-2-1 IEC 61326-2-2, EN 61326-2-2 IEC 61326-2-3, EN 61326-2-3 IEC 61326-1, EN 61326-1 EN 50130-4
M21.4.16 電氣的ファーストランジェントパーストイミュニティ試験	CISPR 24, EN 55024 CISPR 35, EN 55035 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-1 IEC 61000-6-2, EN 61000-6-2 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-2-1, EN 61326-2-1 IEC 61326-2-2, EN 61326-2-2 IEC 61326-2-3, EN 61326-2-3 IEC 61326-1, EN 61326-1 EN 50130-4



認定番号


RTL05040

認定証 附属書

(5/6頁)

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	株式会社 JEL
機関所在地	千葉県我孫子市中峠 2971

分類コード及び名称	試験規格
M21.4.17 サージイミ ュニティ試験	CISPR 24, EN 55024 CISPR 35, EN 55035 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-1 IEC 61000-6-2, EN 61000-6-2 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-2-1, EN 61326-2-1 IEC 61326-2-2, EN 61326-2-2 IEC 61326-2-3, EN 61326-2-3 IEC 61326-1, EN 61326-1 EN 50130-4
M21.4.18 無線周波数 伝導妨害イミュニテ ィ試験	CISPR 24, EN 55024 CISPR 35, EN 55035 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-1 IEC 61000-6-2, EN 61000-6-2 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-2-1, EN 61326-2-1 IEC 61326-2-2, EN 61326-2-2 IEC 61326-2-3, EN 61326-2-3 IEC 61326-1, EN 61326-1 EN 50130-4
M21.4.19 電源周波数 磁界イミュニティ試 験	CISPR 24, EN 55024 CISPR 35, EN 55035 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-1 IEC 61000-6-2, EN 61000-6-2 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-2-1, EN 61326-2-1 IEC 61326-2-2, EN 61326-2-2 IEC 61326-2-3, EN 61326-2-3 IEC 61326-1, EN 61326-1 EN 50130-4
M21.4.20 交流電源変 動イミュニティ試験	CISPR 24, EN 55024 CISPR 35, EN 55035 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-1 IEC 61000-6-2, EN 61000-6-2 IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2 IEC 61326-2-1, EN 61326-2-1 IEC 61326-2-2, EN 61326-2-2 IEC 61326-2-3, EN 61326-2-3 IEC 61326-1, EN 61326-1 EN 50130-4
M21.4.30 近接磁界イミュニテ ィ試験	IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, JIS T 0601-1-2



認定番号

RTL05040

認定証 附属書

(6/6頁)

試験所・校正機関の別		試験所
機関名称	株式会社 JEL	
機関所在地	千葉県我孫子市中峠 2971	

【認定証に係る注記】

- 1) この認定は、上記規格に規定されたラボラトリ活動を対象とするものであり、規格に含まれるその他の活動、例えばリスクマネジメント、リスクアセスメントの実施等はラボラトリの認定された能力の範囲には含まない。
- 2) 年号及び/又は版番号の表記がない場合、最新規格の発行後半年以内に最新版に対応した試験・校正・サンプリングを実施する。
- 3) FCC 向け EMC 試験所のみ
本認定は、試験対象品目が FCC 規制による承認を受けたことを意味するものではない。
FCC が承認した試験所の一覧は FCC ウェブサイト(<https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/>) を参照のこと。

公益財団法人
日本適合性認定協会