

試験所認定審査に関する Q&A
(ISO/IEC 17025:2017 暫定対応版)

JAB NL532:~~2016~~2018

第 34 版 : ~~2016 年 5 月 23 日~~ 2018 年 4 月 24 日

公益財団法人 日本適合性認定協会

目次

序文		4
社内の校正部門が試験所外にある場合はどうすればよいか	(質問 1)	4
認定シンボルのない試験レポートは認定範囲外の扱いになるのか	(質問 2)	5
本社の人間が出張してきたときのみ活動する場所は事業所になるのか	(質問 3)	6
<u>認定範囲の試験規格が引用している規格の認定証への記載の可否について</u>	<u>(質問 4)</u>	<u>7</u>
<u>メーカー試験所の場合、社長が報告書の承認者になれるか</u>	<u>(質問 5)</u>	<u>7</u>
別会社への業務委託による要員も認定範囲に含めることができるか	(質問 6)	8
外部供給者としては製造者のみならず取次店まで評価する必要があるか	(質問 7)	9
<u>社内の購買部門が調達を行っている場合、購買文書の取扱いはどうするか</u>	<u>(質問 8)</u>	<u>9</u>
観測原本に測定者の名前しか記載されていない場合は認められるか	(質問 9)	10
観測原本の鉛筆書きは認められるのか	(質問 10)	11
測定器の校正値が変わる度に測定不確かさ推定が必要になるのか	(質問 11)	11
修正報告書番号は-01 を付加しただけで元の報告書を引用したことになるのか	(質問 12)	12
内部監査で試験立会いを行う必要はあるか	(質問 13)	13
拡大審査時点で内部監査とマネジメントレビューの実施は必須か	(質問 14)	13
要員の権限付与にあたって文書化された基準は必須か	(質問 13)	11
校正ラベルに年月日まで記載する必要はあるのか	(質問 14)	11
校正ラベルに次回校正期限を記載せずに壁に張り出すことは認められるのか	(質問 15)	12
社内の別部門に簡易様式で報告書を出す場合、書面による合意は必要か	(質問 16)	12
本紙と別紙に分かれた報告書は認められるのか	(質問 17)	13
試験報告書の「ページ番号/全ページ数」は終わりを示す明瞭な識別か	(質問 18)	13
試験報告書をスキャンして PDF で発行することは認められるのか	(質問 19)	14
電子印鑑を使用し、プリントアウトしただけの試験報告書は認められるのか	(質問 20)	15
試験報告書に署名者の氏名を記載しないで姓だけの印鑑は認められるのか	(質問 21)	15
認定範囲外の営業部の社員が受注活動を行ってもよいか	(質問 3)	6
供給者の評価を行う際に文書化された評価基準は必要か	(質問 5)	7
供給者の評価は定期的に行わなければならないのか	(質問 7)	8

試験所認定審査に関する Q&A

序文

本文書は、JIS Q 17025:2005（以下「旧版」という）に関する Q&A のうち ISO/IEC 17025:2017（以下「新版」という）にも関係する Q&A を収録したものである。新版にのみ関係する Q&A は含んでおらず、その意味で暫定対応版である。また、新版の日本語は（一財）日本規格協会発行の ISO/IEC 17025:2017 対訳版に拠っている。

質問 1（認定範囲に関する質問その 1）

私共の試験所はメーカー内の社内試験所で、使用する測定器の校正は、社内の別部門で実施しています。この場合、この社内の校正部門も認定範囲に含める必要があるでしょうか。

回答 1

社内の校正部門が JCSS 等で認定を受けていて MRA 対応の認定シンボル付校正証明書を試験設備に対して発行しているのならば校正部門を認定範囲に含める必要はありません。試験設備のトレーサビリティはその MRA 対応の認定シンボル付校正証明書で確認することができます。

社内の校正部門が校正機関の認定を受けていない場合は、試験所審査の対象とする必要があります。試験所審査の際に、校正部門の要員の力量、校正手順、校正の不確かさ、参照標準のトレーサビリティなども審査されます。

社内の校正部門が未認定なのに審査対象に含まれていない場合はトレーサビリティが確立しているとは認められません。

質問 2（認定範囲に関する質問その 2）

認定シンボルのない試験レポートを発行する際にも定められた 署名承認権限者がレポートに署名承認 する必要があるでしょうか。

回答 2

シンボルなし試験レポートで報告された試験業務を認定範囲に含めるか否かによります。認定範囲に含めるか否かは試験所側で自由に決められます。

認定範囲に含めるならば署名者の署名承認権限者の承認が必要ですが、認定範囲に含めないならば JAB の認定審査の範囲外ですので関知しません。

JAB では審査の際にシンボルなし試験レポートの有無と、有の場合はその試験業務を認定範囲に含めるか否かを確認させてもらっています。

質問 3-4 (認定範囲に関する質問その 3-4)

私どもの校正機関は、電機メーカー内の校正機関です。本社工場の他に全国 10 か所に工場があり、各工場の校正室で作業しています。各工場の校正室にはそれぞれ常駐の設備と要員がいますが、本社以外の支社工場常駐の要員は工場内の他の業務との兼務者で、本社工場の校正要員が出張してきた時だけ校正作業を手伝います。

認定を受けるにあたって本社工場校正室のみを事業所として他の工場の校正室は出張先とし、事業所 1 か所で出張校正を行う機関として認定を受けることは可能でしょうか。

回答 3-4

出張校正とは、校正に使用する主要な設備又は主要な要員が他の事業所から来た時だけ実施できる場合を言います。支社工場常駐の設備と要員だけで認定範囲の校正作業が一部でも実施できてしまう場合は出張校正先とは認められず、事業所として認定を受けなければなりません。

質問 4 (認定範囲に関する質問その 4)

認定範囲の試験規格がさらに別の試験規格を引用している場合、認定範囲としては引用元及び引用先の両方の試験規格を記載する必要がありますか。もし、引用された試験規格を認定範囲に記載しないことが認められた場合に試験報告書にだけ引用された試験規格を記載することは認められますか。

回答 4

認定された試験規格に引用規格が記載されている場合、引用された規格は当然認定範囲に含まれますが、それを認定証に記載するかどうかは任意です。引用規格を記載すると認定範囲が不明確になる場合は引用規格であることを明示する必要があります。そして認定証への記載の有無にかかわらず、試験報告書への記載は認定された試験規格の記載がある限り引用規格の併記は自由です。

但しこれは、認定された試験規格が JIS 規格、国際規格など公開されている場合に限られます。認定された試験規格が社内規格など公開されていない場合、その引用規格は認定証への記載の有無にかかわらず認定範囲に含まれますが、試験報告書にそれを記載するためには認定証への記載が必須です。

質問 5

私どもの試験所は中小企業のメーカー内の試験所であり、当社で製造する製品を試験しています。社長は何事も自分でやる主義で、試験所の管理主体も試験報告書の承認権限者も社長が兼務しています。これで問題ないでしょうか。

(ISO/IEC 17025:2017 該当条項: 4.1.5 公平性に対するリスクが特定された場合、試験所・校正機関は、そのリスクをどのように排除又は最小化するかを実証できなければならない。)

回答 5

メーカー内の試験所の場合、試験所の管理主体を社長が兼務することは、リスクの排除又は最小化を実証できる限り認められます。しかし、試験報告書の承認権限者は、試験品目の製造又は販売には直接責任のない人でないとリスクを排除又は最小化していないと判断されます。この事例の場合、社長は製品の製造、販売についても責任があるので試験報告書の承認権限者になると、リスクを排除又は最小化していないと判断され、認められません。

なお、承認権限者の兼務は、製造、販売以外の職務（開発部門、品質保証部門など）については、リスクの排除又は最小化を実証できる限り認められます。

以上は試験所の場合であって、校正機関の場合にはどのように兼務してもリスクの排除又は最小化を実証できる限り認められます。

質問 ~~612~~

私どもの試験所において測定業務は全部子会社に委託しており、子会社の管理者が測定要員の管理（資格付与、教育訓練）及び測定手順書の承認を行っております。ただし、試験場所及び試験設備は親会社が管理していて、試験報告書も親会社の要員が署名して親会社の名前で発行しています。このような状況で親会社の名前で~~下請負を用いていない試験所として~~認定を受けることはできますか。

(ISO/IEC 17025:2017 該当条項: ~~5.3~~ 試験所・校正機関は、継続的に外部から提供される試験所・校正機関活動を除いた当該活動の範囲に限定してだけ、この規格への適合を主張しなければならない。~~5.2.3~~ 試験所・校正機関は雇用された要員か、契約を結んだ要員を使用すること)

回答 ~~612~~

子会社に試験業務を委託している場合であっても、その要員が以下の条件を満たす場合は親会社自身が業務を実施しているとみなして、その活動は継続的に外部から提供される試験所・校正機関活動ではないと判断され、認定を受けられます。

1. 当該要員の氏名が組織図又は職員リストに記載されていること
2. 当該要員の責務、責任及び権限が品質マニュアル又はその引用文書に規定されて

いること

3. 当該要員に関する監督、権限付与、力量の監視、及び教育・訓練に関する記録が審査可能であること。

~~1. 子会社への業務委託による要員も JIS Q 17025 5.2.3 項に規定された契約による要員です。子会社の要員についてもその全員の氏名が組織図又は職員リストに記載され、責任及び権限が品質マニュアル又はその引用文書で規定されていてかつ、子会社の要員、文書及び記録についても審査可能であるならば下請負ではなく、試験所の要員として認定可能です。~~

なお、業務委託による要員に対して発注元（親会社）が指揮命令を行っているためと当局から判断されると派遣法違反のおそれがありますのでご注意願います。

質問 78

私共の試験所では測定器の部品を購入する際に取次店を利用しています。供給者外部提供者の評価を行うにあたって当該部製品の製造メーカーは評価していますが取次店までは評価していません。これでよろしいでしょうか。

(ISO/IEC 17025:2017 該当条項：6.6.1 試験所・校正機関は、試験所・校正機関活動に影響を及ぼす、外部から提供される製品及びサービスが次の事項に該当する場合には、適切なものだけが使用されることを確実にしなければならない。)

回答 78

供給製品が輸送・保管で影響を受ける恐れがあるかないかによります。たとえば当該部製品が精密機械の場合は輸送の影響を受けるので取次店まで評価する必要があります。しかし、輸送・保管の影響をうけるおそれがないと考えられる場合は取次店まで評価する必要はありません。

質問 86

私共はメーカー試験所で、試験所内で使用する消耗品の購買文書の作成、承認及び検収は社内の購買部門に任せており試験所内には購買文書及び検収記録が一切ありません。購買部門を社内の支援サービスと位置づけでおり、購買部門の評価・承認手続きを試験所内で毎年行っております。これでよろしいでしょうか。

回答 86

購買部門に購入してもらう消耗品の仕様を決定した承認文書及び購入してもらった消耗品が適合していることをチェックした記録を試験所内に持つ必要があります。

(ISO/IEC 17025:2017 該当条項：6.6.2 試験所・校正機関は、次の事項に関する手順及び記録をもたなければならない。a) 外部から提供される製品及びサービスに関する試験所・校正機関の要求事項を、明確にし、レビューし、承認する。c) 外部から提供される製品が使用される前、試験所・校正機関の設定した要求事項への適合を確実にする。)

~~4.6.2 項 適合性をチェックするためにとった処置の記録を維持すること、4.6.3 項 購買文書は発行に先立ってその技術的内容に関する確認及び承認を行うこと。~~

質問 9

私共の試験所では、試験結果を記載するデータシートは測定器からプリントアウトされるためデータ転記はありません。プリントアウトされたデータの確認は測定者が責任を持つこととして、データシートには測定者の名前のみを記載しています。これで問題ないでしょうか。

(ISO/IEC 17025:2017 該当条項:7.5.1: 記録には、日付並びに個々の試験・校正活動及びデータ・結果の確認に責任を持つ要員の識別を含めなければならない。)

回答 9

測定者が結果のチェックに責任を持つ要員を兼ねることは認められますので問題ありません。なお、データを転記するなど誤りが発生しやすい場合は複数の要員でチェックすることが推奨されます。

質問 ~~109~~

観測原本のデータを鉛筆書きで記録してもいいですか。私共の試験所では、観測原本を鉛筆書きで記録していますが消しゴムは使用しないこととしています。

(ISO/IEC 17025:2017 該当条項 7.5.24.13.2.3 試験所・校正機関は、技術的記録の変更について、以前の版又は観測原本に遡って追跡できることを確実にしなければならない。記録に誤りが発生した場合には、それらを抹消したり見えなくしたり削除したりせず、個々の誤りに訂正線を施し、そのそばに正しい値を記入すること)

回答 ~~109~~ : 鉛筆書きの観測原本は、消しゴムで容易に見えなくして以前の版への遡及を不可能にすることができるので、JAB では例え消しゴムを使用したことが確認できなくても認めていません。ただ、鉛筆書きの記録作成後直ちにコピーを取り、そのコピーを観測原本の記録とすることは認めています。

質問 ~~11 23~~

私どもの電気分野の試験所では、電圧測定の不確かさの主要な要因は電圧計の校正値及び校正不確かさです。昨年の電圧計の校正結果は設定値 1000V に対して校正値 1002V、校正不確かさは 0.1V でした。私どもの試験所では、電圧測定において電圧計の校正値の偏りは補正しないで測定しています。このため電圧測定の不確かさ要因には校正値の偏りと校正不確かさがありますが、校正値の偏りに比べて校正不確かさは十分小さいので無視できると考え、電圧測定の不確かさは 2V と推定

結果を記載していました。今年、この電圧計を校正に出したところ、校正値は 1003V、校正不確かさは 0.1V でした。このように校正を行うたびに校正値がわずかに変動することがありますが、その度に測定の不確かさの推定値を変更しなければならないのでしょうか。

(ISO/IEC 17025:2017 該当条項 7.6.3 試験を実施する試験所・校正機関は、測定の不確かさを評価しなければならない)

回答 ~~11-23~~

試験所において測定器の校正値を補正しないで測定を行う場合は、管理幅を導入することが推奨されます。管理幅の大きさが校正不確かさに比べて十分大きい場合は校正不確かさは無視することができます。例えば電圧計の管理幅として 0.5% を導入して偏りが設定値の 0.5% 以内であれば使用可とします。上記の 1000V 電圧計の例では管理幅 0.5% とすれば 1002V も 1003V もいずれも 0.5% 限度値の 1005V 以内に収まっているので使用可です。そしてこの場合の測定器の不確かさは管理幅の 0.5% を採用するのです (分布は矩形分布)。こうしておけば、校正結果が管理幅に収まっている限り測定器の不確かさを変更しないで済み、測定の不確かさの推定値を校正の度に変更する手間が省けます。

なお、校正不確かさが管理幅に比べて無視できないくらい大きい場合 (たとえば 0.3 倍以上) は、測定不確かさ推定に際して校正不確かさも考慮する必要があります。

質問 ~~12-22~~

私共の試験所では試験報告書の修正を行う場合は、完全な新たな試験報告書を発行することとしており、その番号は既発行報告書番号に「-01」を付すこととしています。(例:既発行番号「1234」の場合の修正報告書番号は「1234-01」)

このことは顧客には知らせていませんが試験所の内部手順書に明記しています。これで既発行報告書を引用していると考えており、改めて修正報告書の中に「この報告書は既発行の報告書 1234 に置き換わる」等の記載はしていません。これでよろしいでしょうか。

(ISO/IEC 17025:2017 該当条項: ~~7.8.8.35-10.9~~ 完全な新規の試験報告書又は校正証明書を発行することが必要な場合には、この新規の試験報告書・校正証明書に固有独自の識別を与え、それが置き換わる元の試験報告書・校正証明書の引用を含めなければならないこと。)

回答 ~~12-22~~

既発行報告書 1234 に対して修正報告書 1234-01 は独自固有の識別を与えているとは認められます。しかし「この報告書は既発行の報告書 1234 に置き換わる」等の記載がないと、それが置き換わる元の試験報告書・校正証明書の引用を含めているとは認められません。

なお、再発行に際して「この報告書は既発行の報告書 1234 に置き換わる」等の記

載をしないことを顧客と~~書面により~~合意している場合は問題ありません。

質問 ~~1310~~

内部監査の際には内部監査員は試験立会いも行う必要があるでしょうか。私共の試験所の内部監査では、内部監査員は要員へのインタビューと文書・記録の確認のみで試験立会いは行っていません。

(~~ISO/IEC 17025:2017 該当条項 8.8.24.14.1(抜粋) 内部監査のプログラムは、関連する試験・校正機関活動の重要性、試験所校正機関に影響を及ぼす変更、及び前回までの監査の結果を考慮に入れなければならない。を含め、全てのマネジメントシステムの要素を対象とすること~~)

回答 ~~1310~~： 要員の力量評価 (~~5.26.2 項~~) や~~結果の妥当性の確保 (7.7 項)~~ ~~試験・校正結果の品質の保証 (5.9 項)~~ が内部監査以外の場で適切に実施されているならば、内部監査において、試験の実施状況についてはこれらの項目について要員へのインタビュー及び記録で確認することにより試験立会を実施しないことも認められます。

質問 ~~1411~~

私共の試験所が JAB の拡大審査を受けた際に、定期の内部監査とマネジメントレビューの実施時期が現地審査の翌月であったために拡大部分に対して内部監査とマネジメントレビューが実施されていないと不適合が出されました。拡大部分について定期で内部監査とマネジメントレビューを実施する予定であればそれでよいではありませんか。


(~~ISO/IEC 17025:2017 該当条項 8.8.2(抜粋) 監査プログラムは、関連する試験・校正機関活動の重要性、試験所校正機関に影響を及ぼす変更、及び前回までの監査の結果を考慮に入れなければならない。4.14.1(抜粋) 内部監査のプログラムは、試験・校正活動を含め、全てのマネジメントシステムの要素を対象とすること~~)

回答 ~~1411~~

拡大審査にあたっては、拡大部分に対しても内部監査とマネジメントレビューが実施されているかどうかを確認します。予定では認められません。ただ、不適合が出されてもその後、臨時又は定期で内部監査とマネジメントレビューを適切に実施したことが確認されれば是正完了とみなされます。

~~質問 3 (認定範囲に関する質問その 3)~~

~~私共の校正機関は測定器メーカー内の校正機関で自社製品を校正しています。組織図は以下のとおりです。~~



~~認定範囲は校正部だけですが、校正の注文は営業部員が測定器の販売先から取ってきます。営業部員は営業部長の指揮下にあり校正部長の指揮下にはありません。このように校正機関の要員でない者が営業（受注活動）を行ってもよいのでしょうか。
（該当条項 5.2.3 項 主要な役割の支援要員を使用する場合、それらが監督下に置かれることを確実にすること）~~

回答 3

~~注文を正式に受注する権限（契約内容の確認権限）が営業にあるかないかによります。正式受注（契約内容の確認）権限は校正機関の要員が持つ必要があり、もし営業部に正式受注（契約内容の確認）権限がある場合は主要な支援要員が監督下におかれていないと判断されます。~~

質問 5

~~私共の試験所では供給者の評価にあたって評価記録は詳細に作成していますが文書化された評価基準はありません。これでもよろしいでしょうか。
（該当条項 4.6.1 項 試験所・校正機関は、自身が使用するサービス及び供給品で試験・校正の品質に影響するものの選定及び購買について方針及び手順をもつこと。）~~

回答 5

~~供給者の評価に際して文書化された評価基準を持つことが望ましいですが、適切な評価記録があれば、ないことも認められます。~~

質問 7

~~私共の試験所では、サービス及び供給品の購買先を 10 年間変更しておらず、毎年 1 回以上サービス又は供給品の提供を受けていますが今まで何の問題も発生していません。購買先の評価も 10 年前に実施して、その後再評価を行っておりません。これでもよろしいでしょうか。
（該当条項 JIS Q 17025 第 4.6.4 項 試験所・校正機関は、試験・校正の品質に影響する重要な消耗品、供給品及びサービスの供給者の評価を行い、これらの評価の記録及び承認された供給者のリストを維持すること。）~~

回答 7

~~サービス又は供給品の供給者を毎年 1 回以上利用していて 10 年間、問題が発生していないのならば、その実績が供給者を評価していることとなります。従って改めて再評価の必要はありません。なお、2 年以上利用していない供給者を利用する場合は再評価を行うことが推奨されます。~~

質問 13

~~私共の試験所では試験要員に各試験項目の実施権限を与える際には試験所長が面談を行い、力量を判定しています。文書化された力量基準はありませんが試験所長は 30 年以上の豊富な業務経験があり力量判定者としては申し分ありません。これでよろしいでしょうか。~~

~~(該当条項 5.2.1 試験所・校正機関の管理主体は (中略) すべての要員の力量があることを確実にすること)~~

回答 13

~~技術要員の権限付与は適切に行われていて、力量のない者に権限付与してしまうおそれがないならば、文書化された力量基準はないことも認められます。但し JIS Q 17025 5.2.5 項により、「権限付与、教育上及び職業上の資格付与、教育・訓練、技能、及び経験に関する記録」は維持している必要があります。~~

質問 14

~~測定器に添付する次回校正期限を示すラベルには年月日まで記載する必要があるでしょうか。私共の試験所では次回校正期限はラベルで年月まで表示していて厳密な校正期限は表示月の月末までであると解釈して運用しています。~~

~~(該当条項 5.5.8 実行可能な場合、試験所・校正機関の管理下にあつて校正を必要とするすべての設備に対し、最後に校正された日付及び再校正を行うべき期日又は有効満子の基準を含め、校正の状態を示すためのラベル付、コード付又はその他の識別を施すこと。)~~

回答 14

~~次回校正期限はラベル記載月の月末であるという認識で試験所内が統一されているならば、月までの表示でも構いません。なお、最後に校正された日付については、規格で“日付”と規定されているので年月日まで記載されている必要があります。~~

質問 15

~~私共の試験所では、校正ラベルを個々の設備に貼る代わりに、一覧表にして試験室の~~

~~壁に張り出しています。この方が、各設備の校正日及び次回校正期限が一目瞭然でよいと思うのですが、いかがでしょうか。~~

~~(該当条項 5.5.8 実行可能な場合、試験所・校正機関の管理下において校正を必要とするすべての設備に対し、最後に校正された日付及び再校正を行うべき期日又は有効満子の基準を含め、校正の状態を示すためのラベル付、コード付又はその他の識別を施すこと。)~~

回答 15

~~JIS Q 17025 の第 5.5.8 項は、実行可能な場合は設備に校正ラベルを貼付することを要求しています。壁に張り出すことは構いませんが、それを理由に設備に校正ラベルを貼付しないことは、認められません。~~

質問 16

~~私共の試験所はメーカー内の社内試験所で、品質管理部に属しています。社内の製造部から試験依頼を受けて試験レポートを発行しています。試験レポートの様式は、責任者の署名・捺印のない簡易な様式です。この様式について製造部との書面による合意は必要でしょうか。~~

~~(該当条項：5.10.1 試験・校正が内部の顧客のために行われる場合、又は顧客との間に書面による合意がある場合には、簡略化された方法で結果を報告してもよい。)~~

回答 16

~~製造部は同一法人内の組織であり、内部の顧客です。改めて製造部の合意を得る必要はありません。~~

質問 17

~~私どもの校正機関では、校正証明書本体には校正結果は記載せずに、本体には「校正結果は別紙のキャリブレーションレポートNo.〇〇〇号に示すとおり」と記載しています。校正結果を記載した別紙には「キャリブレーションレポートNo.〇〇〇号」と記載していますが、「別紙」の表示はなく、ページ番号も本体と通しページにはなっていません。これで問題ないでしょうか。~~

~~(該当条項：JIS Q 17025 第 5.10.2 e) 各ページ上にそのページが試験報告書又は校正証明書の一部分であると確実に認められるための識別)~~

回答 17

~~JIS Q 17025 第 5.10.2 e) 項は試験報告書及び校正証明書について「各ページ上にそのページが試験報告書又は校正証明書の一部分であると確実に認められるための識別」を要求しています。この目的は、試験報告書/校正証明書の一部のページが何らかの理由により欠落したときにそれがすぐにわかり、残った部分が試験報告書/校正証明~~

~~書の全部だと誤解しないようにするためです。~~

~~質問の例では、何らかの理由で校正証明書本体が欠落した場合に残ったキャリブレーションレポート No.〇〇〇号が校正証明書全部だと誤解されるおそれがあるので不適合です。これを防ぐには、本紙と別紙を通しページにする方法や、キャリブレーションレポート No.〇〇〇号に「別紙」の表示をする方法があります。~~

質問 18

~~私共の試験所の試験報告書は全ページにページ番号及び全ページ数を表示していません。しかし、最後の部分に「試験報告書の終わり」、「以下余白」、「以上」などの終わりを示す文言は入れておりません。これでよろしいでしょうか。~~

~~(該当条項: 5.10.2 e) (前略) 試験報告書又は校正証明書の終わりを示す明りょうな識別)~~

回答 18

~~試験所の試験報告書の全ページにページ番号及び全ページ数を表示していれば最終頁は容易に識別できてそれが試験報告書の終わりを示す明りょうな識別になります。~~

質問 19

~~少し前まで試験報告書は、責任者が捺印した紙を顧客に送付していましたが、最近はその紙をスキャナーで PDF 化して顧客には電子メールの添付ファイルで送付しています。試験所内での試験報告書の記録も PDF の電子ファイルで保管していて、責任者が捺印した紙そのものはシュレッダーにかけて廃棄しています。これで問題ないですか。(該当条項 第 5.10.2 項 j))~~

回答 19

~~試験報告書の原本は紙と電子ファイルのどちらなのかによります。試験報告書の原本は紙であると試験所が決めた場合は、スキャナーで読み込んだ PDF ファイルは試験報告書のコピーであり、捺印のコピーは捺印ではないので JIS Q 17025 第 5.10.2 項 j) で認められません。しかし、試験報告書の原本は電子ファイルである (この場合は紙をスキャナーで読み込んだ PDF ファイル) と試験所が決めた場合は、原本とコピーの電子ファイルは区別せず PDF ファイルの捺印の印影が電子的な捺印であると認められます。この場合、電子ファイルをプリントアウトしたものはコピーですのでご注意ください。~~

質問 20

~~私共の試験所では、試験報告書への署名は、権限者が電子ファイルに電子印鑑を押すことを行っています。試験依頼者には、この電子ファイルをカラーでプリントアウトした紙を正式な試験報告書として渡しています。これで問題ないでしょうか。(該当~~

~~条項 第 5.10.2 項 j))~~

~~回答 20~~

~~試験報告書の原本を電子ファイルとするか、紙とするかは試験所で自由に決められます。また、押印も電子的なものでも認められます。ただし、紙を原本とする場合はコピーと原本が容易に識別できる必要があります。プリントアウトしただけで何ら手を加えない紙の原本は特殊な紙に印刷するなど何らかの方法でコピーと識別できるようにしてください。~~

~~質問 21~~

~~私どもの試験所では試験報告書の権限者の署名欄には「試験所長 印」と記載されていて、試験所長の姓（山田）だけの印鑑を押して、別に氏名は記載していません。これでもよろしいでしょうか。（該当条項 第 5.10.2 項 j))~~

~~回答 21~~

~~JIS Q 17025 第 5.10.2 項 j)には「発行権限をもつ人物の氏名」と規定されているので、氏名を記載せず姓のみの印鑑の押印では氏名が記載されているとは認められません。~~

公益財団法人 日本適合性認定協会

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1 丁目 22-1
五反田 AN ビル 3F

Tel.03-3442-1217 Fax.03-5475-2780

本協会に無断で記載内容を引用、転載及び複製することを固くお断りいたします。