


標準物質生産者 認定証

認定番号 RMP00010



JAB



機 関 名 称 : 富士フィルム和光純薬株式会社
三重工場

所 在 地 : 三重県三重郡菰野町大字大強原2613番地の2

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたので、ここに標準物質生産者として認定します。

適 用 基 準 : JIS Q 17034:2018 (ISO 17034:2016)

認 定 範 囲 : 附属書による。

事 業 所 : 附属書による。

有 効 期 限 : 2023年9月30日

第5回改定日 2020年8月12日

第2回更新日 2019年9月2日

初回認定日 2011年9月30日

公益財団法人

日本適合性認定協会

理事長

飯塚悦功

認定証 附属書

(1/2 頁)

認定番号 RMP00010



JAB



機 関 名 称 : 富士フイルム和光純薬株式会社
三重工場

標準物質生産者名称	富士フイルム和光純薬株式会社 三重工場		
所在地	〒510-1222	住所	三重県三重郡菰野町大字大強原 2613 番地の 2
<ul style="list-style-type: none"> ・ 認定範囲 分類コード カテゴリー クラス1 クラス2 	分類コード : B カテゴリー : 生物及び臨床検査用標準物質 クラス1 B2 臨床化学 クラス2 B2,3 酵素		
<ul style="list-style-type: none"> ・ 標準物質の種類 ・ 標準物質名 ・ 試験方法 ・ 特性値の範囲 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 認証標準物質 ・ 標準物質名 : 酵素キャリブレーター(AST,ALT,ALP,CK,LD, γ-GT,AMY,ChE) ・ 試験方法 : 社内標準測定操作法 (文書 No.41-5719) ・ 特性値の範囲 AST:130~180 U/L ALT:130~180 U/L ALP:380~520 U/L CK :380~520 U/L LD :340~460 U/L γ-GT : 120~170 U/L AMY:250~350 U/L ChE:320~660 U/L 		
<ul style="list-style-type: none"> ・ 特性値の拡張不確かさ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特性値の拡張不確かさ (k=2) AST: 3% ALT: 3% ALP: 4% 		

認定証


(2/2 頁)

附属書


認定番号 RMP00010



JAB



機 関 名 称 : 富士フイルム和光純薬株式会社
三重工場



公益財団法人
日本適合性認定協会

管理番号 : RMP00010-20200812